

CERTIFICAT

NF 227 Ethylotests

NF 227 Alcohol testers

Délivré à / *granted to*
CONTRALCO

Avenue du Mas Faugère ZA les Armillières BP 23
FRANCE 34150 GIGNAC

Pour les produits suivants / For the following products

ETHYLOTTESTS CHIMIQUES AVEC BALLON
ETHYSC-0.25I, ETHYSC-0.10I
CHEMICAL ALCOHOL TESTERS WITH BALLOON
ETHYSC-0.25I, ETHYSC-0.10I

(références et caractéristiques données en annexe(s) / *references and characteristics given in attached appendix*)

Fabriqués dans l'usine :

Manufactured in production plant :

CONTRALCO
FRA 34150 GIGNAC

Numéro d'identification :

01/01

**Ce certificat est délivré par le LNE dans les conditions fixées par les règles de certification NF
et en conformité avec la (les) norme(s) de référence ci-dessous :**
NF X 20-702 : 2014

**En vertu de la présente décision notifiée par le LNE, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF
à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies
par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus**

This certificate is issued by the LNE according to the certification rules NF and in conformity with the reference(s) below :
NF X 20-702 : 2014

*On the strength of the present decision notified by the LNE, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for the
aforementioned products, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification*



Date de début de validité 01 mars 2019
Effective date

Date de fin de validité 28 février 2022
Expiry date

Certificat n° 32107 révision 2
Renouvelle le certificat 32107-1



Responsable du Pôle Certification Plurisectorielle

ANNEXE AU CERTIFICAT N°32107 Rev. 2
APPENDIX

Modèle <i>Model</i>	Référence <i>Reference</i>	Seuil légal (mg d'alcool / l d'air expiré) <i>Legal limit</i> <i>(mg of alcohol / l of exhaled air)</i>
ETHYLOTESTS CHIMIQUES AVEC BALLON <i>Chemical Alcohol testers with balloon</i>	ETHYSC-0.25I	0.25
ETHYLOTESTS CHIMIQUES AVEC BALLON <i>Chemical Alcohol testers with balloon</i>	ETHYSC-0.10I	0.10

- FIN DE LISTE -
- END OF LIST -